



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу Москве

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.000.М.000244.01.20

от

23 января 2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению: стоматологическая клиника ООО "БЕЛЫЕ ВЕРШИНЫ"; г. Москва, улица Климашкина, дом 5, стр. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЕ ВЕРШИНЫ"**  
(ИНН 7723894019, ОГРН 5137746233169)  
Юридический адрес: г. Москва, улица Климашкина, дом 5, стр. 1

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СанПиН № 2.6.1.2.523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заключение в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-37041-2 от 26.12.2019г., Акт №03-37041 от 23.01.2020г. экспертные результаты проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, Управления Роспотребнадзора по г. Москве



Заключение действительно до

22.01.2025

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 3051710







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.М.000244.01.20** от **23 января 2020 г.**

**Наименование организации:** ООО «БЕЛЫЕ ВЕРШИНЫ»

**Фактический адрес:** г. Москва, улица Климашкина, дом 5, строение 1

**Проводятся работы:** Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

**Объект, используемый для осуществления работ:**

Рентгеновский кабинет №б/н (1-й этаж):

- Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа «РАРАУА 3D», заводской № GCT-121906-70419, год выпуска/год монтажа 2019/2020, производитель «Genoray Co.,Ltd», Корея

**Ограничительные условия:**

- Ограничение при работе на аппарате рентгеновском стоматологическом панорамном типа «РАРАУА 3D» (заводской № GCT-121906-70419) с функцией компьютерного томографа - не более 11 снимков в неделю, что будет соответствовать рабочей нагрузке 40 мА • мин/неделя в соответствии с проектными данными



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



по г. Москве